	NOME	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	Avveduto Gianfranco	RAQ	GIANFRANCO AVVEDUTO 09.11.2023 15:33:13 GMT+01:00
VERIFICA	Terreni Alessandro	RP	ALESSANDRO TERRENI 10.11.2023 16:19:46 GMT+01:00
APPROVAZIONE	Pezzati Paola	DIRETTORE SOD	PAOLA PEZZATI Regione Toscana/01386030488 10.11.2023 16:38:18 GMT+01:00

Autoimmunità

Descrizione prodotto

Il materiale di controllo, si presenta in forma liquida, pronto all'uso in volume da 0,50mL, per tutte le patologie, tranne che per le Patologie delle Connettiviti e delle Epatopatie Autoimmuni, per le quali sono forniti flaconi con un volume di 0,80mL. Il materiale è preparato a partire da siero umano opportunamente trattato per protrarne nel tempo la validità e le prestazioni.
Ogni unità donatore di siero o plasma, utilizzata per la preparazione dei campioni di controllo è stata controllata con metodi autorizzati dal Ministero della Salute ed è risultata negativa ai seguenti marcatori:
- Antigene di Superficie dell'Epatite B (HbsAg);
- Anticorpi anti Epatite C (anti-HCV);
- Anticorpi anti HIV di tipo 1, 2 e 0;
- Ricerca in PCR di HIV-RNA;
- Ricerca in PCR di HCV-RNA;
- Saggio per la ricerca di Anticorpi anti-Treponema (LUE);

N.B.: Nessun metodo di analisi può essere in grado di fornire la certezza che in materiali di origine umana, o prodotti che li contengono, non siano presenti questi o altri Antigeni infettivi. Per questo il prodotto deve essere considerato "potenzialmente infetto" e trattato con le precauzioni utilizzate con il siero dei pazienti.

Conservazione

Il materiale nella confezione integra, se conservato a +2/+8 C°, è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta.

Trattamento materiali

Prima dell'uso portare i campioni a temperatura ambiente (15-25°C). Dopo l'uso riporre immediatamente i campioni alla temperatura di conservazione.
Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative vigenti riguardanti i rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti.

Stabilità

temperatura ambiente	24h
+2/+8 C°	7 gg
-20 C°	1 mese*

*Per tutti gli analiti la stabilità è di un mese se conservati a -20°C in aliquote da scongelare una sola volta.